


取扱説明書

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」 PF500-116

〈プラッツ製ベッド専用グリップです〉



この度は、自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読み頂き、正しくご使用いただきますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

目次	ページ
■商品の特徴	1
■安全にご使用いただくために	2～3
■各部の確認	4
■付属品の確認	4
■取り付け方法	5
■使用方法	6～7
■各種サイドレールとの組合せについて	8
■商品の仕様	9
■お手入れについて	9
■保証とアフターサービス	10

商品の特徴

- スイングアーム角度が、片側0°/45°/90°/135°（45°刻み片側4段階）に設定できます。
- 上記角度でスイングアームが自動的にロックされますので、安全にご使用いただけます。
- スイングアームのロック解除には二重の操作が必要です。
不用意にロックが解除されることがなく、安心してご使用いただけます。
- ベッドへの固定が、「本体固定用グリップの固定」と「ボルトの固定」の二重ロックなので、不安な“ぐらつき”がありません。
- 取付けの際の工具は必要ありません。

使用目的

この自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」は、ベッドでの起き上がりや、ベッドから臀部を浮かせやすくする事を目的に作られています。

JIS 適合ベッド

(Miolet) PZB-M1J シリーズ、PZB-M2J シリーズ、PZB-M3J シリーズ、
(Primolet) PZB-ES1JFA、
(Miolet ForU) P100-1 シリーズ、P100-2 シリーズ、P100-3 シリーズ、
(MioletⅡ) P106-1 シリーズ、P106-2 シリーズ、P106-3 シリーズ、P106-4 シリーズ

オプション

- ・ニーパロⅡ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」(PF500P-116)
- ・ニーパロⅡ用セーフティネット (PF500N-116)

安全にご使用いただくために (必ずお守りください)

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、色々な絵表示をしております。下記をよくお読み頂き、内容をよく理解してから正しくお使いください。



警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



禁止

この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



この記号は、必ず守っていただきたい「注意喚起」の内容です。

警告



禁止

ご自身での操作が困難な方がベッドを使われる場合、付添いの方がベッド操作をしてください。

●操作ミスは、怪我や事故の原因となります。



禁止

ロック解除の状態、勢いよくスイングアームを回転させないでください。

●スイングアームの破損や、手を挟むなどの事故やけがの原因になります。



禁止

商品の上に腰掛けたり、ぶら下がったり、商品を持ってベッドを移動させたりするなどの無理な力を加えるような使い方はしないでください。


●破損や事故の原因になります。



禁止

当社商品以外のベッドに取付けての使用をしないでください。弊社が指定する適合品以外の商品とは組み合わせないでください。

●破損や事故の原因になります。



禁止

分解や改造はしないでください。


●破損や事故の原因になります。



禁止

ストーブなどの火気類に商品を近づけ過ぎないでください。

●火災や変色・変形の原因になります。



禁止

可動部に水などをこぼさないでください。


濡れた手で介助ハンドルの操作をしないでください。

●故障の原因になります。


ご使用上の警告



ベッド用グリップのすき間から頭や手足などを出さないでください。
●けがや故障の原因になります。



スイングアームをベッドの内側に向けて使用しないでください。
●スイングアームとベッドの間に手がはさまり危険です。
●故障の原因になります。




12歳以下のお子様や操作が困難な方のおひとりでの操作はさせないでください。
●誤操作によるけがの原因になります。
●故障の原因になります。



動く部分に手などはさまないでください。
衣類が引っかからないようご注意ください。
●ベッドを降る際にパジャマなど衣類が引っかかりけがや事故の原因になります。




スイングアームは確実に固定してください。
(解除ハンドルのロック)
●固定が不完全だと転倒し、けがや骨折を起こす恐れがあります。



ご使用上の注意



ベッド用グリップのスイングアームで、手や足など人体の一部を挟む可能性がありますので、開閉時やベッドの乗り降りの際にはご注意ください。スイングアームのロックを確認後使用して下さい。指や手を挟み、けがの原因になります。また、転倒によりけがをすることがあります。



ネジ類の取付けが完全であるか、定期的に点検してください。




ベッドの背上げ・ひざ上げ操作時は、商品に体の一部や手元スイッチコードをはさまないように注意してください。
●破損や事故の原因になります。


重要なお知らせと注意事項

本商品と組み合わせ不適合なサイドレールを使用されますと「危険なすき間」が発生します。サイドレールと組み合わせて使用される場合は8ページ「各種サイドレールとの組合せ」をご参照ください。

●不適合商品との組合せは、けがや重大事故の原因になりますのでご注意ください。



各部の名称



付属品の確認

- 開梱した時点で、下記の付属品がすべて同梱されているか、また、破損していないか確認してください。
 万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店、または弊社までご連絡ください。


■取扱説明書……………1冊



■保証書……………1枚




■付属部品




取り付け方法


1



オレンジ色の本体固定用グリップを「ゆるむ」方向に回してください。



2




ベッド用グリップの差し込み部を、ベッドのホルダーの穴に差し込みます。

備考

サイドフレームの左右どちらにも取り付け可能です

3




ベッド用グリップ差し込み部の下から、固定ボルトを取り付けます。その際、平ワッシャーとスプリングワッシャーを間に挟みます。

「ベッド用グリップ」本体


付属部品

※3と4の順番が違うと、固定ボルトが入りませんのでご注意ください。

4



オレンジ色の本体固定用グリップを「しめる」方向に固くなるまで回してベッド用グリップを固定します。



備考


取り外す際は、スイングアームをきちんと固定してから「ゆるむ」方向に回して取り外してください

警告


「ベッド用グリップ」が確実にベッドに固定されている事を確認してください。固定が不完全だと、破損や事故、けがの原因になります。

使用方法


1 ● ロックの解除




ロックされているスイングアーム
「解除ハンドル」を矢印方向へ
止まるまで回します




2




「解除ハンドル」を、回した状態で
カチッと音がするまで
下ろすと止まります



3




スイングアームのロックが解除されると
「解除ハンドル」の赤いシールがみえます




使用方法


4 ● 角度の切り換え



スイングアーム角度が、片側0°/45°/90°/135°（45°刻み片側4段階）に設定できます。使い勝手の良い角度に設定してお使いください。スイングアームをゆっくり回すと45°刻みで止まります。45°回ると解除ハンドルが上がり自動でロックされます。さらに回転させたい時は、ロックを解除してゆっくり45°づつ回転させます。




一度に45°以上を回転させる場合は、解除ハンドルがロック解除された状態




で押さえながらスイングアームをゆっくり回します。

5 ● ロックの確認



解除ハンドルの上の赤いシールが見えないのを確認してください。ロックされると赤のシールは見えません。




警告

「スイングアーム」が確実に固定されている事を確認してください。固定が不完全だと、破損や事故、けがの原因になります。


各種サイドレールとの組み合わせについて

- 本商品をご使用される場合、各種サイドレールとの組み合わせにおいて制限がありますので、ご了承ください。


1



2



3



※P106-21シリーズの場合



注意

当社製以外のベッドに取り付けて使用しないでください。
破損や事故、けがの原因になります。


商品の仕様

型式	PF500-116	
品名	自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」	
寸法		
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	119.0×54.0×7.0 cm	11.1 kg (8.9 kg)
原産国	ベトナム	

お手入れについて

○お手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
※可動部に水や中性洗剤などを直接かけないでください。
故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉等は使用しないでください。
塗装が剥がれたり、樹脂部品が破損する恐れがあります。
- シールが剥がれないようご注意ください。



○点検

- 定期的に各部分のネジの締まり具合を確認してください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱い説明書をよくお読みください。
それでも異常がある場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。



0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)


フリーアクセス
携帯・PHS・OK

ご連絡いただきたい内容

- 商品名及び型式
- 故障内容（出来るだけ詳しく）
- ご住所/お名前/お電話番号
- お買い上げ日
- お買い上げの販売店

商品名

型式



保証書（別添付） お買い上げ日/販売店/お名前を必ず記入し、保証書の内容をよくお読みになって大切に保管してください。（※保証書の再発行はいたしません。）

保証期間について 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。但し、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

保証期間を過ぎている場合 修理及び部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理いたします。

修理代について 修理代は、部品代、出張費、技術料で構成されます。
● 部品代…修理で使用した部品代です。
● 出張費…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。
● 技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします

プラッツネットワーク

■本 社	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目8-39	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014 東京都港区芝2丁目16-9	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社 3丁目108	TEL:052-704-2700
■関西支店	〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目8-39（本社内）	TEL:092-584-3433
●東北営業所	〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29	TEL:022-781-7072
●中四国営業所	〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6	TEL:084-946-6000
●北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102	TEL:011-807-4750



株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

'14.6月 作成
NP0005