



1モーター電動リクライニングベッド(マット無し)

**PKB-KV110ML**

**【取扱説明書】**



この度は、1モーター電動リクライニングベッド(マット無し)をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、組み立て、ご使用の前に必ずお読み頂き、正しくご使用頂きますようお願い致します。


- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護される方もこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管して下さい。
- 製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し下さい。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社まで、お問い合わせ下さい。

## もくじ

	ページ
安全にご使用いただくために	②～④
部品の確認	⑤～⑥
主要部分の名称	⑦
リモコンの使い方	⑧
ベッドの組立方法	⑨～⑪
背上げのみ・背脚連動の切り替え	⑫
故障かな…!? 点検・お手入れ	⑬
商品の仕様	⑭
メモ用紙	⑮～⑰
保証書	⑱

### 商品の特長

- リモコンのボタンを押すだけで、背75°・脚45°までリクライニングします。  
(背脚連動・背のみに切り替え可能)
- 立ち上がり時に便利な手すりは、頭部・脚部の2カ所に取り付け可能です。
- ベッドの床面高は、32cm/38cmのどちらかに設定可能です。(組み立て時)



## 安全にご使用いただくために

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者への危害や財産への損害を未然に防止する為に、色々な絵表示をしております。下記を良くお読み頂き、内容をよく理解してから正しくお使い下さい。



### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## ■絵表示の例



この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。近くに具体的な注意内容が表示されています。



この記号は特定しない一般的な禁止行為であることを告げるものです。近くに具体的な禁止内容の説明が表示されています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図中または近くに具体的な禁止内容（分解禁止等）が表示されています。



## 警告



身体の不自由な方や、意思表示のできない方がご使用になる時は、付添いの方が操作してあげて下さい。●操作ミスは大きな事故につながります。



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。●ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルの原因になります。





指づめにご注意下さい。





ご使用になられる前に、各部ボルトが完全に固定されているか、ご確認下さい。  
●ボルトがゆるんでいると、ご使用中にパーツが外れたりすることも考えられ、事故の原因になります。


 **警告**


 ベッドの上で飛びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないで下さい。  
●ネット部分の損傷やフレームにはさまれる等の事故につながります。

 背上げ、脚上げ箇所が物が挟まっていないか点検下さい。  
●物が挟まったままの状態で作動させますと、安全スイッチが働かず故障の原因になります。


 モーターの長時間連続使用（5分以上）はなさないで下さい。  
●モーターの過熱により、火災や感電の原因になります。


 ストープなどの火気類をベッドに近づけ過ぎないで下さい。  
●火災の原因になります。


 電源コンセントは濡れた手で触らないで下さい。また、コードを抜く時は必ずコンセントを持って抜いて下さい。●感電等の危険があります。


 雷が鳴った時はコンセントを抜いて下さい。  
●感電の恐れがあります。


 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧では使用しないで下さい。  
●火災や感電の原因になります。


 ペースメーカーをご使用の方、電子機器による治療を行ってられる方は、通常のベッドの使用には支障はきたしません、心臓部をモーターに近づける様な事はしないで下さい。


 水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないで下さい。  
●ショートして火災や感電の原因になります。


 分解や改造はしないで下さい。  
●火災や感電の原因になります。


 背部フレームに腰かけたり、うつ伏せに寝ている状態でベッドを作動させないで下さい。

 **注意**

 ベッドの下に物を置かないで下さい。  
●作動不良によるトラブルの原因になります。

 手元スイッチおよびコードの根元を極端に折りまげないで下さい。  
●ショートの原因になります。


 ベッドを2人以上でご使用にならないで下さい。

 モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。  
予めご了承下さい。

## 部品の確認

- 開梱した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか確認して下さい。  
万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社まで御連絡下さい。

### ■ 本体ユニット …………… 1 個




### ■ リモコン …………… 1 個




※本体ユニットのモーターに装着済みです。


### ■ ヘッドボード …………… 1 枚




### ■ フットボード …………… 1 枚



### ■ マットレスハンガー …………… 1 個




### ■ ベッドガード (手すり) …………… 2 本



## 部品の確認


### ■ ヘッド・フットボード組立用部品セット……………1セット



ボルト（長）×4



ボルト（短）×4




平ワッシャー×4



スプリングワッシャー×4


### ■ 六角レンチ……………1個



### ■ 取扱説明書……………1冊




### ■ ヘッド・フットボード用目隠しシール……………16枚



※予備8枚含む。

## 主要部分の名称





## リモコンの使い方



**警告**



ベッドを一定期間使用しない場合は、電源プラグを抜いて下さい。  
誤操作による事故のおそれがあります。

- ① 電源を入れる。  
(電源プラグをコンセントに接続して下さい。)



- ② リモコンで操作する。

- このリモコンは、電動無段階自在式のタイプです。
- 操作スイッチを押すと、パイロットランプが緑色に点灯します。

### ① 背もたれの上下




上げる場合

下げる場合




(連動ワイヤーを外した場合)

### ② 背もたれ・脚部の上下



上げる場合

下げる場合



(連動ワイヤーを繋いだ場合)



**注意**



操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。  
ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルの原因になります。



「あがる」と「さがる」ボタンを同時に押さないで下さい。  
リモコンまたはモーターの故障の原因になります。



たこ足配線はしないで下さい。  
使用電源は家庭用 100V です。  
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



## ベッドの組立方法

**注意** 組み立ての際に、ユニットで手を挟まないようにご注意ください。

① 本体ユニットを、まず横倒しにしてから開きます。


お願い

- 2人以上で行って下さい。
- ネットの部分だけを持って上げないで下さい。  
(外枠が下に開き、落下して危険です。)





② 床面高を32cmか38cmのどちらにするかを決定し、それに合わせた位置で2本の高さ調節棒を、固定ピンで固定します。

【床面高38cmに設定する場合】




【床面高32cmに設定する場合】




## ベッドの組立方法

③ 本体ユニットを寝かせ、ヘッド・フットボードを取り付けます。




ボード外側の取り付け穴に、平ワッシャー⇒スプリングワッシャー⇒ボルト（長）の順番で、本体ユニットに取り付けます。



床面高38cmの場合は、上の取付穴へ。

床面高32cmの場合は、下の取付穴へ。

次に、ユニットの内側からボードの鬼目ナットに向けて、ボルト（短）を取り付けます。




手で仮止めした後に、六角レンチでしっかり締めて下さい。


片側のボードが取り付け終わったら、反対側のボードを取り付けて下さい。

## ベッドの組立方法


- ④ ボード外側の○印部分に、ヘッド・フットボード目隠しシールを貼ります。  
(片面4箇所：全8箇所)



- ⑤ フットボード側にマットレスハンガーを引っ掛けます。




- ⑥ 手すりを頭側か足側のどちらか好きな場所へ取り付けて下さい。



## 背上げのみ・背脚連動の切り替え

背上げのみと背・脚連動の切り替えは、下図の↓部分の取り外しで行う事が出来ます。ワイヤーを固定すると連動になり、外すと背上げのみの作動になります。

※ 脚上げのみは出来ません。



## 故障かな・・・！？

下記項目で確認してください。

- 電源プラグが抜けていませんか？  
⇨電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込んで下さい。

---

- 電源プラグが破損していませんか？  
⇨販売店にご相談下さい。

---

- リモコンコードが抜けていませんか？  
⇨リモコンのコネクターをモーターの差込口に差し込んで下さい。

---

- 停電してませんか？
- ブレーカーがとんでいませんか？

## 点検・お手入れ

### ●お手入れ

- ・製品が汚れた際は、石鹼水や、中性洗剤を少し含ませた水を湿らせた布で磨いて下さい。



- ・製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤などで磨いたり、殺虫剤を撒いたりしないで下さい。ひび割れや感電、火災の危険があります。



### ●点検

- ・各部分のボルト・ナットの締まり具合を確認し、常に硬く締めて下さい。

## 商品の仕様

PKB-KV110ML	
品名・品番	介護用1+1モーターベッド(マット無し)
ベッド寸法	<p>660mm 2040mm 560mm 930mm 床面高 320/380mm</p>
商品梱包	(1/2): 本体ユニット部 (2/2): ヘッド・フットボード部
梱包サイズ 梱包重量 (本体重量)	(1/2): 1055 × 1070 × 240(mm) 36.0kg (31.0kg) (2/2): 995 × 735 × 85(mm) 21.0kg (19.0kg)
材質	本体部: スチールパイプ 木部: MDFプリント化粧合板
電動機能	無段階自在式 1ポイント選択タイプ 背上げ・足上げ背足同時連動
床面形状	通風性に優れ、体にやさしくフィットするスチールメッシュ方式 床面形状は4ブロックに分けてあります。 背上げ角度 (0~75度 ± 3度) 脚上げ角度(0~45度 ± 3度)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	50W
モーターユニット	OKIN(ドイツ)製 (通産省乙種電気用品輸入承認済)
定格使用時間	連続使用 5分 (一人での使用に限定)
耐荷重	90kg
原産国	本体・木部: マレーシア モーター: ドイツ
表示者	(株)プラッツ フリーダイヤル: 0120-77-3433 (月曜~金曜 日祝日除く)









## ■アフターサービスについて

お客様保管用です

- この電動ベッドには保証書を添付致しております。「販売店、購入日、お名前」等を記入した上で、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管しておいて下さい。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読み下さい。それでも異常がある場合は、上記フリーダイヤルへご相談下さい。その際製品名、故障内容をお申し付け下さい。
- その他のアフターサービスについてご不明な点がございましたら、当社または販売店へお申し付け下さい。（平日AM 9:00～PM 5:00）

### 介護用1+1モーターベッド(マットレス別売タイプ)

### 保証書

保証期間	対象部分	期間(ご購入日より)
	本 体	1 カ 年
ご購入日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	お電話	( )

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご購入日から左記の期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼下さい。

販売店

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は無料修理いたします。
    - (ホ) 本書の提示がない場合
    - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - 保証期間内に故障して、修理をお受けになる場合には、ご購入の販売店にご依頼下さい。修理のさいには本書をご提示下さい。修理は極力、部品交換でお願いします。もし出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
    - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧による故障及び損傷
    - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせ下さい。

